

Prezes Zarządu
33 81 30 540

Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 547

Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 575

Członek Zarządu
33 81 30 500

Sekretariat :
33 81 30 539
33 81 30 538

Fax:
33 81 25 038

E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl
<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563
NIP: 547-201-31-59

Konto:
Bank Pekao SA
32 1240 4142 1111
0000 4823 8630
Bank Handlowy SA
08 1030 1087 0000
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:
5 150 000 zł



JBS - 199/1/2012



AB 128



TEST WORK SUPPLIER
CERTIFICATE

Niniejszym informujemy, że wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące przetargu na dostawę komory klimatycznej BOS/46/FZ/15

1. Niestety ciągle nie rozumiemy odpowiedzi: Ad. 3 Prosimy założyć kompensację ciepła w temp. -40 st. C min 10kW. Co oznacza wielkość 10kW skoro warunek mocy rozpraszanej pozostaje 4kW?
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie komory o wymiarach: szerokość 2133.6 mm; głębokość 2108.2 mm; wysokość 1828,8 mm; objętość przekracza 8m³ ? Podane wymiary spełniają wymagania przy innej orientacji kierunkowej.
3. Czy w związku z nagromadzeniem u dostawcy większej ilości zamówień na komory, zamawiający wyraża zgodę na dostawę komory w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Udzielamy wyjaśnień:

- Ad. 1 nasze wymaganie to parametr mocy rozpraszanej 4kW.
Wynikowa przy zadanym załadunku 200 kg aluminium, pewnie będzie większa (liczymy ok. 10 kW). Lepsze parametry będą premiowane.
- Ad. 2 Wysokość komory jest dla naszych testów istotna, te 2m min chcielibyśmy zachować.
Objętość 8 m³ może być trochę przekroczona, założymy do 1 m³.
- Ad. 3 Nie wyrażamy zgody na zwiększenie czasu dostawy do 9 miesięcy.