

Prezes Zarządu
33 81 30 540
Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 547
Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 575
Członek Zarządu
33 81 30 500

Sekretariat :
33 81 30 539
33 81 30 538


Fax:
33 81 25 038

E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl
<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563
NIP: 547-201-31-59

Konto:
Bank Pekao SA
32 1240 4142 1111
0000 4823 8630
Bank Handlowy SA
08 1030 1087 0000
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:
5 150 000 zł



JBS – 199/1/2012



AB 128



Bielsko-Biała, 21.05.2015r.

BOS/30/FZ/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę młota wahadłowego

W nawiązaniu do dodatkowej informacji uzyskanej w dniu 20.05.2015r. od jednego z potencjalnych oferentów, że w Polsce nie ma akredytowanego laboratorium wzorcującego w zakresie normy ASTM E23, postanawiamy zmienić to wymaganie w następujący sposób:

- zamawiający wymaga wzorcowania młota po posadowieniu w laboratorium przez akredytowane laboratorium wzorcujące w zakresie normy PN EN-ISO 148 natomiast według ASTM E23 dopuszczamy wzorcowanie przez laboratorium nie posiadające akredytacji na ten zakres (może być to samo).

Jednocześnie wobec wątpliwości dotyczących zapisu w punkcie 6.6, pragniemy poinformować, że nie ma tam wymagania odnośnie zmiennej prędkości. Zapis ten należy interpretować w ten sposób, że dla wymaganej prędkości ma być możliwość obliczenia i ustawienia kąta wahadła.