

Prezes Zarządu

33 81 30 540

Z-ca Prezesa Zarządu

33 81 30 547

Z-ca Prezesa Zarządu

33 81 30 575

Członek Zarządu

33 81 30 500

Sekretariat :

33 81 30 539

33 81 30 538

Fax:

33 81 25 038

E-mail:

bosmal@bosmal.com.pl

<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563

NIP: 547-201-31-59

Konto:

Bank Pekao SA

32 1240 4142 1111

0000 4823 8630

Bank Handlowy SA

08 1030 1087 0000

0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:

5 150 000 zł



JBS – 199/1/2012



AB 128



TÜV
TEST WORK SUPPLIER
CERTIFICATE

Dotyczy: przetargu na dostawę komory klimatycznej BOS/46/FZ/15

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje, dotyczące przygotowania oferty na dostawę komory klimatycznej:

1. w załączniku nr 1 przedstawiono plan korytarza i pomieszczenia – strzałką zaznaczono drogę transportową do miejsca instalacji.
2. prosimy przyjąć 5 st. C/ min jako średnią prędkość zmian w zakresie -40 do 125 st. C dla ładunku 200 kg aluminium.
3. prosimy założyć kompensację ciepła w temp. -40 st. C min 10 kW.
4. temperatura -40 st.C powinna być utrzymana przy rozpraszaniu ciepła jak w p. 2.

Szybkość zmian 5 st. C/ min powinna być natomiast zachowana z kompensacją ciepła dla fazy grzania (zbocze narastające i faza stałej temp. wykresu).