

Prezes Zarządu  
33 81 30 540  
Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 547  
Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 575  
Członek Zarządu  
33 81 30 500

Sekretariat :  
33 81 30 539  
33 81 30 538

Fax:  
33 81 25 038

E-mail:  
[bosmal@bosmal.com.pl](mailto:bosmal@bosmal.com.pl)  
<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563  
NIP: 547-201-31-59

Konto:  
Bank Pekao SA  
32 1240 4142 1111  
0000 4823 8630  
Bank Handlowy SA  
08 1030 1087 0000  
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:  
5 150 000 zł

Bielsko-Biała, 27.08.2015r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy – BOS/64/FZ/15**

Niniejszym informujemy, że w dniu 25.08.2015 wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ. Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. **Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrometr z palnikiem plazmowym w konfiguracji pionowej.**  
Ad. 1. Zamawiający wymaga składania oferty na spektrometr ICP-OES z poziomym ustawieniem palnika i podwójną obserwacją plazmy (prostopadle i osiowo) w układzie poziomym.
2. **Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrometr posiadający możliwość regulacji mocy generatora w zakresie 800-1600W z krokiem co 50W.**  
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza ograniczenie możliwości regulacji mocy generatora w zakresie od 800W, górna granica zakresu pozostaje bez zmian (jest to parametr oceniany). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na spektrometr ICP-OES o możliwości regulacji mocy generatora z krokiem większym niż 25W.
3. **Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrometr posiadający standardowo palnik nierozbieralny oraz na dostarczenie dodatkowego nierozbieralnego palnika plazmowego zamiast dodatkowej rurki centralnej jako części zamiennej.**  
Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na spektrometr wyposażony w palnik nierozbieralny oraz na dostarczenie dodatkowego nierozbieralnego palnika plazmowego zamiast dodatkowej rurki centralnej jako części zamiennej.
4. **(Odnosnie SIWZ par. 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu) Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w ostatnich 3 latach co najmniej trzy dostawy równoczesnego spektrometru ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy w układzie pionowym przystosowanego do analizy próbek organicznych.**  
Ad. 4. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wykonawca nie wykonał w ostatnich 3 latach co najmniej trzech dostaw równoczesnego spektrometru ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy w układzie poziomym, przystosowanego do analizy próbek organicznych.



JBS – 199/1/2012



AB 128

