

Prezes Zarządu
33 81 30 540

Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 547

Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 575

Członek Zarządu
33 81 30 500

Sekretariat :
33 81 30 539
33 81 30 538

Fax:
33 81 25 038

E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl
http://www.bosmal.com.pl

REGON: 072907563
NIP: 547-201-31-59

Konto:
Bank Pekao SA
32 1240 4142 1111
0000 4823 8630
Bank Handlowy SA
08 1030 1087 0000
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:
5 150 000 zł



AB 128



TÜV
TEST WORK SUPPLIER
CERTIFICATE

Bielsko – Biała, dn. 11.09.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES podwójną obserwacją plazmy – BOS/64/FZ/15

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy ofert postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES podwójną obserwacją plazmy wygrała firma Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.; ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa, składając najkorzystniejszą dla zamawiającego ofertę.

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.

Poniżej szczegółowa analiza oferty:

- kryterium cena PLN:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
$(293928,18 / 293928,18) \times 0,65 \times 100 = 65$ pkt

- kryterium zakresu regulacji przepływu argonu przez rozpylacz:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
0...2,0 L/min – 5 pkt

- kryterium zakresu regulacji mocy generatora:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
750...1500 W = 12 pkt

- kryterium liczby użytecznych analitycznych linii z całego oferowanego zakresu spektralnego:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
6 000 = 0 pkt

- kryterium rozdzielczości spektralnej przy 200 nm:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
0,006nm = 5 pkt

- kryterium wydłużenia okresu gwarancji o minimum 12 miesięcy:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
24 miesiące = 0 pkt

SUMA:

Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.
87 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 17.09.2015r.